

Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции

Номер уведомления: 1875/2/2026-04-22/543240

Дата подачи уведомления: 22.04.2026

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 63"

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, симонова 3, лит. а

Адрес электронной почты: pd63@list.ru

Номер контактного телефона: +7 (812) 241-33-79

Место нахождения: Санкт-Петербург, симонова 3, лит. а

ИНН: 7802045457

ОГРН: 1027801536619

Наименование продукции: Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с КЗЭДТА

Код ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

Код ТН ВЭД: 9018 90 840 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая скинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения: инструменты и оборудование, прочие: прочие:

Количество найденных аналогов: 40

 Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	номинальная вместимость	см3; мл	≥ 2,6
2	Длина без крышки и без поршня	мм	≤ 65
3	Диаметр устройства	мм	≤ 13
4	Вид добавки		антикоагулянт КЗ ЭДТА (мелкодисперсное напыление на стенки пробирки)
5	Материал		полипропилен
6	Этикетка		наличие
7	Конструкция крышки		с прокалываемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы
8	Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем		соответствие
9	Визуальный контроль пункции вены		наличие
10	Способ взятия пробы крови		вакуумный и аспирационный
11	Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода		наличие
12	Указание на товарный знак		S-Monovette
13	Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика		совместимость с иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови, имеющимися в наличии у Заказчика
14	Фасовка	шт	≤ 50