

**Уведомление об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции**

Номер уведомления: 1875/2/2026-04-24/549461

Дата подачи уведомления: 24.04.2026

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 63"

Почтовый адрес: Санкт-Петербург, симонова 3, лит. а

Адрес электронной почты: pd63@list.ru

Номер контактного телефона: +7 (812) 241-33-79

Место нахождения: Санкт-Петербург, симонова 3, лит. а

ИНН: 7802045457

ОГРН: 1027801536619

Наименование продукции: Устройство вакуумное с поршнем для исследований проб крови с активатором свертывания

Код ОКПД2: 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

Код ТН ВЭД: 3926 90 Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 3914: прочие:

Количество найденных аналогов: Более 100

 Подтверждаю, что среди подобранных аналогов российского производства отсутствует продукция, соответствующая описанию объекта закупки

№	Наименование технической характеристики	Единица измерения	Значение технической характеристики
1	Совместимость с медицинскими изделиями, имеющимися у Заказчика		совместимость с иглами трубчатыми S-Monovette для взятия проб крови, имеющимися в наличии у Заказчика
2	Фасовка	шт	≤ 50
3	Область применения		для получения сыворотки и проведения рутинных биохимических и серологических исследований
4	Номинальная вместимость	см3	≥ 2,6
5	Длина без крышки и без поршня	мм	≤ 65
6	Диаметр устройства	мм	≤ 13
7	Вид добавки		активатор свертывания, нанесенный на сепарационные гранулы
8	Материал		полипропилен
9	Этикетка		наличие
10	Конструкция крышки		с прокальваемой мембраной и стопорным механизмом в виде шпилек для фиксации иглы
11	Отсутствие аэрозольного эффекта при открывании устройства вакуумного с поршнем		соответствие
12	Визуальный контроль пункции вены		наличие
13	Способ взятия пробы крови		вакуумный и аспирационный
14	Возможность выбора метода взятия пробы крови оператором в момент забора крови, используя как шприцевую, так и вакуумную технику и комбинировать оба метода		наличие
15	Указание на товарный знак		S-Monovette

