

УТВЕРЖДАЮ
Начальник метрологической службы

В.В. Зеленко

Дата: «27» апреля 2026 г.

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

№ М-01658-26

Тип прибора	ЭРСВ-440 Ду32
Заводской номер	328625
Организация	БПС СЕРВИС ООО
Дата поступления	16.04.2026

Заявленная неисправность	Не показывает расход.
Внешний осмотр	Без видимых повреждений.
Результат диагностики	Выход из строя платы обработки сигнала.
Заключение	Необходимо выполнить замену платы обработки сигнала. Произвести настройку расходомера.

Инженер

И.С. Зайцев